

令和 6 年10月22日

各 位

岩手中部水道企業団
企業長 北上市長 八重樫 浩 文
(公印省略)

設計図書閲覧者からの質問事項に対する回答

11月6日入札の案件について質問がありましたので回答いたします。

記

件名 高圧蒸気滅菌器更新 (番号 269 号)

質問 仕様書の「14. 圧力計」の項について、「表示範囲は0～3MPaの範囲を示すことができること。」とありますが、参考機種等ですと、0～0.3MPaの範囲となっております。表示範囲が0～0.3MPaの範囲でも問題ございませんでしょうか。

回答 問題ございません。

以上